BIOR
PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 67611720
fakss: 67620434
e-pasts: partika@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2021-P-276293.01

EN ISO/IEC 17025
T-012

Pasūtītājs/maksātājs:

SCRIPTURE UNION LATVIA Biedrība, reģistrācijas Nr.: 50008064641, adrese: Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Kalsoni, LV-3851, e-pasts: zane@bdl.lv, tālrunis: 24941638

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63807216, e-pasts: saldus@bior.lv, 01.06.2021 plkst. 15:25 (pavadraksta Nr: SL-2021-P-276293)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-276293/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS
1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens sterilā maisiņā un polietilēna pudelē
Apjoms: 1 x 0,5; 1x1,5 l; Temperatūra piegādes brīdī: +3,4^{o}C;

Parauga īpašnieks:

SCRIPTURE UNION LATVIA Biedrība (50008064641)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Zane Ločmele tālrunis: 24941638;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Kārtējais monitorings
Parauga ņemšanas vieta: virtuvē no ūdens krāna, Kalsoni, Cieceres pagasts, Brocēnu novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 01.06.2021 15:00

Paraugi pieņemti Rīgā, Lejupes ielā 3: 01.06.2021 plkst. 18:30
Testēšana uzsākta:01.06.2021.Testēšana pabeigta:08.06.2021.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	LVS ISO 7150-1:1984	0,27 ± 0,04 mg/L
Duļķainība	LVS EN ISO 7027-1:2016	16,8 ± 2,0 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	536 ± 4 µS/cm(20°C); termokompensācijas korekcija; mērīts pie 20,4 °C
Garša un smarža	LVS EN 1622:2006, C. daļa*	nav neraksturīgas smaržas un garšas
Koliformu un Escherichia coli skaits *- Escherichia coli skaits*	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017˜	0 KVV/100ml
- Koliformu skaits		0 KVV/100ml
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) *- Kopējais mikroorganismu skaits 22°C*	LVS EN ISO 6222:1999	<1 KVV/1ml
Kopējā dzelzs	LVS EN ISO 17294-2:2016˜	1,45 ± 0,15 mg/L
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode˜	8 mgPt/L
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,4 ± 0,1; 20,5 °C

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 08.06.2021

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā